

## BİONET 5 LEAD EKG ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ara kablo BİONET marka \_\_\_\_\_ model hasta başı monitörleri ile uyumlu çalışmalıdır
- 2-Ara kablo, 5 lead uç ile çalışmalıdır.
- 3-Kablo üzerinde leadlerin ait olduğu derivasyon kısaltmaları bulunmalıdır.
- 4- Kablo üzerinde hasta bağlantı şeması gösterilmelidir.
- 5-Kolay temizlenebilirlik için kablo gri renkte olmalıdır.
- 6- Kablo 7 pinli ve kırmızı soketli olmalıdır.
- 7-Kablonun soket girişi üzerinde pinlerin zarar görmemesi için giriş yönünü gösteren bir ok işaretiolmalıdır.
- 8-Kablo uzunluğu en az 250 cm olmalıdır.
- 9- Kablonun garanti durumunun takibi için üstünde etiket olmalıdır. Etiketle kablonun markası, P/N numarası, seri numarası ve CE işareti bulunmalıdır.
- 10- Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 11-Kablo dağınıklığını önlemek için cırt-cırtlı bant ile sarılmış olmalıdır.
- 12- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 13-Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 14-Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.



