

YETİŞKİN EKG MANDALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mandal EKG çekiminin yapılmasına uygun olmalıdır.
2. Mandallar yetişkin hasta kullanımına uygun olmalıdır.
3. Mandalların hasta cildine zarar vermeycek yapıda olmalıdır.
4. İletkenliği yüksek olmalıdır.
5. Bağlantı noktası sayesinde banana, grabber ve snap uçlu ekg kabloları ile bağlantı yapılabilmelidir.
6. Metal kısımları paslanmaz olmalıdır.
7. Dörtlü set halinde takım olmalıdır. Set içindeki mandalların renkleri kırmızı, sarı, siyah ve yeşil olmalıdır.
8. Nakliye sırasında zarar görmemesi ve hastane deposunda korunması için ürünler karton kutu içinde verilmelidir.
9. Ürünün markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
11. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

